

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (33181000-2 Апарати для підтримування функції нирок). Діалізатор низькопотоківий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,4-1,5 м², коефіцієнт ультрафільтрації 6-30 мл/год ; Діалізатор середньопотоковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,4-1,5 м², коефіцієнт ультрафільтрації 15-40 мл/год; Діалізатор середньопотоковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,6-1,7 м², коефіцієнт ультрафільтрації 15-40 мл/год; Діалізатор для гемодіалізу: тип: середньопотоковий, ефективна площа поверхні мембрани: 2,2-2,3 м², коефіцієнт ультрафільтрації 15-40 мл/год; Кровопрвідна магістраль для проведення гемодіалізу, внутрішній діаметр насосного сегменту: 8мм, тип доступу: артеріальна/венозна, з'єднання: Luer Lock, кольорове кодування, сумісність з апаратом: Nipro Surdial X ; Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням; Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням; Порошковий картридж основного компоненту, вміст сухого бікарбонату: 750 грам, сумісність з апаратом для гемодіалізу: SurdialX, AK98, B.Braun Dialog+/Dialog+ online/Dialog iQ, Nipro Surdial 55Plus, Artis, Formula 2000, Formula Therapy; Концентрат кислотного компоненту з глюкозою, Cl-109 ммоль/л, K+2 ммоль/л, Ca++ 1.5 ммоль/л, CH₃COO- 3 ммоль/л, Mg++ 0.5 ммоль/л, Na++ 138 ммоль/л, пропорція змішування (розведення): 1+34, концентрація глюкози 1.0 г/л; Фільтр для використання у якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину/гемофільтрації, кількість процедур: 100, сумісність з апаратом для гемодіалізу: SurdialX

ID: UA-2025-12-17-016320-a

Обґрунтування доцільності закупівлі.

Згідно договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2026 рік необхідно надавати якісну медичну допомогу пацієнтам лікарні Для цього потрібно закупити розхідні медичні матеріали для діалізних хворих. Відповідно до доповідної завідувачки міжрайонного сателітного центру нефрології та діалізу відділу КНП «Коломийської ЦРЛ» КМР сформовано перелік діалізних комплектів.

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичного використання медичних розхідників.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні

характеристики визначено відповідно до особливостей використання даного товару.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість обрахована відповідно до цін, промоніториних на різних сайтах, а також відповідно до прайс-листів, які пропонують постачальники. Та становить 16 948 000,00 грн.

Закупівля проводиться шляхом Запиту пропозицій постачальників